

## 附件 1

## 新建国家计量基准名单

序号	计量基准名称	测量范围	测量不确定度	证书编号	保存单位
1	(0.2 ~ 30) m/s 空气流速基准装置	(0.2 ~ 30) m/s	$U_{\text{rel}}=0.1\% (k=2)$	国基证〔2021〕第 152 号	中国计量科学研究院
2	水量热计加速器光子 水吸收剂量基准装置	标称加速电压： (6 ~ 25) MV 水吸收剂量率： (1.0 ~ 10) Gy/min	$U_{\text{rel}}=0.70\% (k=2)$	国基证〔2021〕第 153 号	中国计量科学研究院
3	乳腺 X 射线空气 比释动能基准装置	管电压： (25 ~ 35) kV 空气比释动能率： (0.03 ~ 0.3) Gy/min	$U_{\text{rel}}=0.86\% (k=2)$	国基证〔2021〕第 154 号	中国计量科学研究院