

附件 2

新建替代国家计量基准名单

序号	计量基准名称	测量范围	测量不确定度	证书编号	保存单位
1	同轴功率基准装置	接头形式: N 型 频率范围: 10 MHz ~ 18 GHz 功率范围: 1 mW ~ 10 mW	$U_{rel}=0.25\% \sim 0.42\% (k=2)$	国基证〔2021〕第 065 号	中国计量科学研究院
2	漫透射视觉密度基准装置	$0 < D < 6.0$	$U=0.003 (0 < D < 4.5, k=2)$ $U=0.005 (4.5 \leq D < 5.0, k=2)$ $U=0.011 (5.0 \leq D < 6.0, k=2)$	国基证〔2021〕第 087 号	中国计量科学研究院